

NUPREP® SKIN PREP GEL REF 10-30, 10-61, 10-25 DUT

— OMSCHRIJVING —

Nuprep gel bevat water, aluminiumoxide, 1,2 propaandiol, natriumpolyacrylaat, methylparabeen, propylparabeen, FD&C blauw 1, FD&C rood 40, FD&C geel 5.

— GEBRUIKSDOEL —

Voor gebruik wanneer een lagere huidimpedantie wellicht betere testresultaten levert, zoals bij eeg-onderzoeken, 'evoked potential procedures', ecg-stresstests, bewaking bij hartrevalidatie en onderzoeksprocedures met hartkatheterbewaking.

— AANBRENGEN —

Neurodiagnostische elektroden – niet-disposable (klokvormige elektroden) Bevochtig een wattenstokje met Nuprep gel, verwijder overtollig gel. Wrijf het gel lichtjes op de huid met 4 à 5 cirkelvormige bewegingen waarvan de diameter gelijk is aan de te gebruiken elektrode. Bij normale huidcondities oefent u ongeveer dezelfde druk uit als wanneer u uw vingernagels glad maakt met een nagelvijltje.

Bij neonaten en geriatrische patiënten **gebruikt u veel minder druk dan bij volwassenen**. Bruikbare impedanties worden verkregen door met een wattenstokje 3 à 4 keer onder **zeer lage druk** over de huid te wrijven. Om de natuurlijke huidimpedantie te verkleinen, moet u het hoofd vóór het onderzoek wassen en geen lotions of oliën gebruiken. Als er meer gel nodig is om een bruikbare impedantie te verkrijgen, **wrijft u nog één of twee keer lichtjes over de huid, maar oefent u geen hogere druk uit**.

Ecg-elektroden Voor stresstest-, Holter monitor- en hartrevalidatie-elektroden moet u de elektrodeplaats eerst met een alcoholdoekje afnemen om de huid te ontvetten. Breng voldoende gel aan om ongeveer een vierde van een gaasje te bevochtigen. Breng het gel spaarzaam aan door bij elke elektrodeplaats 6 à 7 keer met een cirkelvormige beweging over de huid te wrijven. Verwijder overtollig gel met een droog stuk van het gaasje. Breng zelfklevende elektroden aan op de geprepareerde elektrodeplaats.

— WAARSCHUWING —

Contact met de ogen vermijden. Als het product in de ogen terechtkomt, 10 tot 15 minuten met warm water spoelen. Niet in de ogen wrijven.

Niet gebruiken op een wond of ontstoken huid.
Niet gebruiken bij patiënten met bestaande huidallergieën of gevoeligheid voor cosmetica en lotions. Als de huid uitslag, roodheid, jeuk, zwelling of enige andere afwijking vertoont, moet u het product onmiddellijk van de huid afwassen. Niet gebruiken met stroomopwekkende elektroden.
Niet overmatig schuren. Er kunnen lokaal ontvelde plekken met blijvende littekens ontstaan.

Draag de patiënten op hardnekkige roodheid, pijn of zwelling op de elektrodeplaats te melden. Lokale infecties kunnen blijvende littekens achterlaten als zij niet worden behandeld.

Langdurig gebruikte elektrodeplaatsen moeten ten minste eenmaal per dag op irritatie en roodheid worden gecontroleerd door de elektrode te verwijderen en de toestand van de huid eronder te controleren.

Nuprep gel geleidende pasta bevat onoplosbare materialen die schaduwvorming of storingen kunnen veroorzaken bij een MRI-onderzoek (magnetic resonance imaging). Zorg vóór een MRI-onderzoek dat alle materialen die in het neurodiagnostische onderzoek zijn gebruikt, van de elektrodeplaatsen zijn verwijderd.

— VEILIGHEID EN HANTERING —

Nuprep gel is niet toxisch als het per ongeluk wordt ingeslikt, vormt geen bekend risico voor mensen die in de gezondheidszorg werken, en hoeft niet speciaal te worden gehanteerd bij afvoer. Houd het deksel goed dicht en bewaar het product bij kamertemperatuur.



Uiterste gebruiksdatum op tubesluiting
Informatie ook
beschikbaar op:
www.doweaver.com



Weaver and Company, 565 Nucla Way,
Unit B, Aurora CO 80011
USA +1-303-366-1804 +1-800-525-2130



Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH
The Hague, Nederland +31 70 345 8570

