

— BESKRIVELSE —

Nuprep-gel inneholder: vann, aluminiumoksid, 1,2 propandiol, natrium polyakrylat, metylparaben, propylparaben, FD&C Blue 1, FD&C Red 40, FD&C Yellow 5.

— ANVENDELSE —

Brukes i tilfeller når lav hudimpedans kan forbedre prøveresultater, feks EEG-undersøkelser, fremkalt potensialprosedyrer, ECG-stressprøver, hjerterehabiliteringsovervåking, og undersøkelsesprosedyrer i forbindelse med hjertekateterovervåking.

— PÅFØRING —

Nevrodiagnoseelektroder- ikke-avhendbare (Bell-elektroder). En vattpinne fuktes med Nuprep-gel og overskuddet fjernes. Gelen gnis lett inn i huden med 4 eller 5 små sirkulære bevegelser med omtrent samme diameter som elektroden som skal brukes. Ved normale hudforhold anvendes omtrent samme trykk som når fingernegler files med en fingerneglefil.

Når det gjelder nyfødte og geriatriske pasienter **anvendes betraktelig mindre trykk enn for voksne.** Det kan oppnås tilstrekkelig impedans etter 3 eller 4 vattpinnestrykinger **med svært lite trykk.**

For å redusere den naturlige hudimpedansen vaskes hodet uten bruk av lotioner eller oljer før prøven. Dersom det er nødvendig å påføre mer gel for å oppnå en tilstrekkelig impedans, **anvendes én eller to flere strykinger uten å påføre mer trykk.**

Med **ECG-elektroder** for stressprøver, Holter-skjerm, og hjerterehabiliteringselektroder, tørkes elektrodeområdet av først med en alkoholpute for å avfette huden. Det påføres tilstrekkelig gel for å fukte omtrent ¼ av en gasbindpute. Gelen påføres sparsomt ved å gni den inn vha en sirkulær bevegelse med 6 eller 7 strøk på hvert av elektrodestedene. Overskytende gel fjernes med den tørre delen av gasbindsputen. De selvklebende elektrodene plasseres deretter på de forberedte elektrodestedene.

— ADVARSLER —

Kontakt med øyne må unngås. Dersom gelen kommer i kontakt med øynene må de skylles med vann i fra 10 til 15 minutter. Gniing av øynene må unngås.

Må ikke påføres sår eller betent hud.

Må ikke brukes på pasienter som har en forhistorie med hudallergier eller overfølsomhet for skjønnhetsmidler og lotioner. Dersom det oppstår utslett, rødhet, kløe, hevelse eller noe unormalt på huden skal den skylles med det samme.

Må ikke brukes med strøminduserende elektroder.

Nedsliting av huden må unngås. Det kan føre til topisk avskrubbing med varig arrdannelse.

Pasienter må informeres om å gi beskjed om varig rødhet, ømhet eller hevelse i elektrodeområdet. Topiske infeksjoner kan føre til varige arrdannelser dersom de ikke behandles.

Elektrodesteder som er utsatt for langvarig bruk skal sjekkes minst en gang hver dag for irritasjon og rødhet ved å fjerne elektrodene og kontrollere hudens tilstand nedenunder.

Nuprep-gel inneholder uoppløselige stoffer som kan skygge for eller forstyrre magnetisk resonanstomografi(MRT)-undersøkelser. Før det gjennomføres en MRT-undersøkelse skal det sikres at alle materialer brukt under tidligere nevrodiagnoseundersøkelser er renset bort fra elektrodesteder.

— SIKKERHET OG HÅNTERING —

Nuprep-gel: er ikke-toksisk ved tilfeldig inntak, utgjør ingen kjent risiko for helsepersonale, kan avhendes uten spesiell håndtering. Lokket må holdes fast lukket og gelen lagres ved romtemperatur.



Utløpsdatoen står på tubeforseglingen. Opplysninger kan også fås på:

www.doweaver.com



Weaver and Company, 565-B Nucla Way, Aurora CO 80011
USA +1-303-366-1804 +1-800-525-2130



Emergo Europe, Molenstraat 15, 2513 BH The Hague, Nederland +31 70 345 8570

